

TV/FV traitée Episode n° 4

Dispositif : **Evera XT DR DDBB2D1**

Numéro de série :

Date de la visite : **23-Mai-2014 10:59:11**

Patient :

ID :


Cardiologue :

Type	SAT Séq.	Chocs	Succès	N° ID	Date	Heure hh:mm	Durée hh:mm:ss	Min- ¹ moy. A/V	Min- ¹ max. A/V	Activité en Début
FV	0	25J	Oui	4	23-Mai-2014	10:54	:10	83/231	---/300	Repos

• V-V

□ A-A

FV = 270 ms



TV/FV traitée Episode n° 4

Dispositif : Evera XT DR DDBB2D1

Numéro de série :

Date de la visite : 23-Mai-2014 10:59:11

Patient :

ID :

Episode N°4 - FV Vitesse défilement : 25.0 mm/s

